



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



### ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЛОГИКА",  
Место нахождения: 190020, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБЕРЕЖНАЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА, ДОМ 150, КОРПУС 1, ЛИТ. А, ПОМЕЩЕНИЕ 427,  
Адрес места осуществления деятельности: 190020, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, наб Обводного канала, дом 150 корпус 1 литер А, пом. 427, а/я 215, ОГРН: 1027810223484,  
Номер телефона: +7 8124452745, Номер факса +7 8122522940  
Адрес электронной почты: adm@logika.spb.ru

**В лице:** Генерального директора НИКИТИНА ПАВЛА БОРИСОВИЧА

заявляет, что Корректоры СПГ740

**Изготовитель:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЛОГИКА",

Место нахождения: 190020, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБЕРЕЖНАЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА, ДОМ 150, КОРПУС 1, ЛИТ. А, ПОМЕЩЕНИЕ 427,

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

190020, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 150 корпус 1 литер А, пом. 427, а/я 215

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: КОРРЕКТОРЫ СПГ740

Технические условия РАЖГ421412.036 ТУ

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9026900000

**Соответствует требованиям** Технического регламента таможенного союза  
ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств


**Декларация о соответствии принята на основании протокола №130201/2020** выдан

26.02.2020 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория электрооборудования "Сертис" АНО "Научно-технический центр сертификации электрооборудования "ИСЭП"" RA.RU.21MO40; Акта производственного контроля № 1901/ПР от 19.01.2020

Схема декларирования: Зд;

**Дополнительная информация** ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний, подразделы 6.2, 7.2; Условия хранения: температура окружающего воздуха: от минус 25°C до плюс 55°C; относительная влажность: не более 95 % при 35°C; атмосферное давление: от 84 кПа до 106,7 кПа; Срок службы не менее 15 лет

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.03.2025 включительно**

  
(подпись)



М.П. Никитин Павел Борисович

(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:**

ЕАЭС N RU Д-RU.ME83.V.00052/20

**Дата регистрации декларации о соответствии:**

13.03.2020