



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Федеральное государственное унитарное предприятие "Смоленское производственное объединение "Аналитприбор"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 214031, Россия, Смоленская область, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3. Основной государственный регистрационный номер 1026701427774. Телефон: +7(4812)-31-12-42 Адрес электронной почты: info@analitpribor-smolensk.ru

в лице Генерального директора Антонова Владислава Николаевича

заявляет, что Газоанализаторы АНКАТ-64МЗ.2 модификаций: ИБЯЛ.413411.065, ИБЯЛ.413411.065-01, ИБЯЛ.413411.065-02, ИБЯЛ.413411.065-03, ИБЯЛ.413411.065-100, ИБЯЛ.413411.065-04, ИБЯЛ.413411.065-05, ИБЯЛ.413411.065-06, ИБЯЛ.413411.065-07, ИБЯЛ.413411.065-101, ИБЯЛ.413411.065-08, ИБЯЛ.413411.065-09, ИБЯЛ.413411.065-102, ИБЯЛ.413411.065-10, ИБЯЛ.413411.065-11, ИБЯЛ.413411.065-103, ИБЯЛ.413411.065-12, ИБЯЛ.413411.065-13, ИБЯЛ.413411.065-14, ИБЯЛ.413411.065-15, ИБЯЛ.413411.065-104, ИБЯЛ.413411.065-16, ИБЯЛ.413411.065-17, ИБЯЛ.413411.065-18, ИБЯЛ.413411.065-19, ИБЯЛ.413411.065-105, ИБЯЛ.413411.065-20, ИБЯЛ.413411.065-21, ИБЯЛ.413411.065-106, ИБЯЛ.413411.065-22, ИБЯЛ.413411.065-23, ИБЯЛ.413411.065-107, ИБЯЛ.413411.065-24, ИБЯЛ.413411.065-25, ИБЯЛ.413411.065-108, ИБЯЛ.413411.065-26, ИБЯЛ.413411.065-27, ИБЯЛ.413411.065-109, ИБЯЛ.413411.065-28, ИБЯЛ.413411.065-29

Изготовитель Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 214031, Россия, Смоленская область, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3.

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ИБЯЛ.413411.065 ТУ книга 1 «Газоанализаторы АНКАТ-64МЗ.2», Техническими условиями ИБЯЛ.413411.065 ТУ книга 2 «Газоанализаторы АНКАТ-64МЗ.2»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9027101000

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 083/21 от 25.11.2021 года, выданного Испытательной лабораторией средств связи и вещания ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский технический университет связи и информатики» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21PC35) Схема декларирования соответствия: Зд

Дополнительная информация

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении №1 на 1 листе, всего 1 позиция. Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации: Паспорт ИБЯЛ.413411.065 ПС «Газоанализаторы АНКАТ-64МЗ.2»

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.01.2027 включительно

(подпись)



Антонов Владислав Николаевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.35444/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.01.2022

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.35444/22

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил |
|--|---|--|
| ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005) | "Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний" | подразделы 6.2 и 7.2 |



Информационный директор

(подпись)

Антонов Владислав Николаевич
(Ф.И.О. заявителя)