



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.30.390.A № 66639

Срок действия до 20 июля 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Тягомеры ТмМП-52-М3, напоромеры НМП-52-М3, тягонапоромеры
ТНМП-52-М3 мембранные показывающие

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество "Саранский приборостроительный
завод" (ПАО "Саранский приборостроительный завод"), г. Саранск,
Республика Мордовия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 68065-17

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МИ 2124-90

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 20 июля 2017 г. № 1584

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



31.07.2017 г.

Серия СИ

№ 030162